

# 優雷射 Uro Lase

## 醫用二極體雷射系統 Surgical Diode Laser System



適用於外科手術治療中，用於切口、切割、汽化、燒灼與凝結軟組織



### 產品規格



雷射種類	砷化鎵鋁(GaAlAs)二極體雷射
雷射源等級	Class 4
波長	1470nm±10nm
平均輸出功率	120W±10%
脈衝寬度	10ms-10s
脈衝頻率	0.05Hz-50Hz
雷射傳輸方式	SMA-905連接頭
腳踏開關	防水等級IPX8
導引光種類	二極體雷射光635nm, ≤5mW亮度可調
操作介面	LCD觸控螢幕
操作模式	連續輸出、單脈衝、連續脈衝
操作及儲存環境	溫度:5°C~35°C, 氣壓: 860hPa~1060hPa
相對溼度	≤80%
冷卻系統	水冷系統; 流量: 6~10升/分鐘
電源規格	AC 110-240V, 50-60Hz, 1300VA
安全分類	Class 1; Type B
尺寸	430 (W)×720 (D)×1000 (H) mm
重量	100Kg
保險絲	F15AH250V